

# GNIAZDA BANANOWE



## Gniazdo z zaciskiem GL 2      Ø4 [112170] czarne(BK); [112175] czerwone(R)

- gniazdo wzmocnione średnicy 4mm
- zacisk laboratoryjny ze trzpieniem M7
- wykonanie z przepustami izolacyjnymi
- grubość panelu: 0,5÷4,0mm
- rodzaj przyłącza: przykręcane
- prąd roboczy: 30 A
- zakres temp.: -20°C÷80°C

**Materiał części metalowych:** brąz niklowany

**Izolacja:** nylon

**Długość:** 45mm; **główka:** Ø16 x 14 mm

**Wysokość nad panelem:** 19mm

**BIALL Sp. z o.o.**

Otomin, ul. Słoneczna 43, 80-174 GDAŃSK  
tel. (0 58) 322 11 91, 92; fax (0 58) 322 11 93  
e-mail: [biall@biall.com.pl](mailto:biall@biall.com.pl) [www.biall.com.pl](http://www.biall.com.pl)

Biuro Handlowe w Warszawie:  
tel./fax (0 22) 331 28 39, kom. 505 107 957  
Biuro Handlowe w Jaworznie:  
tel. (0 32) 750 85 25, kom. 509 755 010



PN-EN ISO 9001:2001